

一般演題1

迅速診断キットによる2 step 方の実施の現状

演者: 根間 和香奈(山口大学医学部附属病院)

質問

2ステップ法の時、菌液はどれくらいの濃さにされたか教えてください

回答

菌液はマクファーランド 3.0~4.0 程度に調整しています。